akralab
a tu lado desde 1987

Klessidra

Dispositivo de seguridad <u>en circuito cerrado</u>, pre-llenado con formalina Neutra Tamponada al 10% (lista para uso) para la fijación y el traslado de las muestras histológicas en ausencia de exposición al formaldehído en conformidad con el Reglamento (CE) n° 605/2014.

Equipado con soporte Endokit y Bio Casetes (según modelo) para la orientación de biopsias. (Sistema Patentado)

IVD Dispositivo médico-diagnóstico in vitro CE

Código CND: W01030705 Número de directorio: 1359834/R - 1359856/R - 1359861/R.

Código	Suministro	Envase/Unidad	Capacidad recipiente	Volumen Contenido	Contenedor biopsia (cm)	Contenedor Formol (cm)
05-01V15PK	Endokit	10 ml x 27	35 ml	10 ml	Ø 3,4 x h 4,5	24 x 38 x 7,2
05-01V30PK		20 ml x 27	55 ml	20 ml	Ø 3,4 x h 6,7	24 x 38 x 7,2
05-01V60PK	Endokit - Bio Casete	30 ml x 24	55 ml	30 ml	Ø 3,4 x h 6,7	24 x 38 x 10

Característica del producto

Klessidra es un dispositivo de seguridad en circuito cerrado que invalida el contacto entre usuario y formalina en conformidad con el Reglamento (CE) n° 605/2014, para la fijación y el traslado de las muestras histológicas pequeñas. El dispositivo (**Fig. 1**) consta de dos recipientes de polipropileno trasparente uno de los cuales está vacío en lo que se va a insertar la muestra para ser fijada, y un recipiente pre-llenado de formalina, conectados por una doble tapa especial roscada estanca hecha de PE azul.
Los dos recipientes se ponen en comunicación a través dos agujeros presentes en las tapas que están alineados como resultado de la rotación de las dos partes de la tapa.

- El sello perfecto está garantizado por juntas esféricas de silicona utilizados para el cierre de los agujeros;
- El dispositivo tiene un mecanismo que previene el retorno de la formalina en el recipiente de origen y la pérdida de las mismas biopsias;
- El producto está equipado con **Endokit y Bio Casetes (según modelo)**: soporte hecho de membranas pre-cortadas de nitrato de celulosa para el desapego y la orientación (o la simple colocación) de biopsias.

Modo de Empleo

INSTRUCCIONES USO KLESSIDRA

1. Coloque en el interior del recipiente vacío la biopsia sola, sobre el endokit o en Bio casete y cierre el recipiente enroscando la tapa libre.



2. Gire las tapas en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la letra **O** (abierto) que está en una de las tapas coincida con la flecha ↑ que está en la otra tapa.

3. Inclina el dispositivo para bajar la formalina en el interior del recipiente que contiene la biopsia. Durante el proceso, mantenga la **O** (abierto) orientada hacia arriba.



4. Terminado el proceso de transferencia, gire otra vez las tapas en sentido de las agujas del reloj, hasta que la letra **C** (cerrado) coincida con la flecha ↑.

Las biopsias se sumergen en el líquido fijador y éstas están protegidas para el transporte.

Pol. Ind. Las Atalayas
Avda. de la Antigua Peseta, 77
03114 Alicante

Tel. 902 222 275 | +34 965 116 521
Fax. 902 154 165 | +34 965 115 762
atencion.clientes@akralab.es

www.akralab.es