# ROBOT DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDO NUCLEICO AUTOMÁTICO

*Modelo NE 32/48*

Tipo de muestra: sangre total, suero, plasma,
hisopo de garganta, líquido de punción, etc.
Sensibilidad: 102 copias de muestra: tasa positiva> 95%
Precisión de dispensación: CV <5%
Tasa de recuperación de perlas magnéticas: > 95%
Consumible: placa de 96 pocillos, cubierta de varilla magnética de 8 juegos

---

**SKU:** N / A
**Categorías:** Diagnóstico Molecular, Instrumentación

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

*Modelo NE 32/48*

Tipo de muestra: sangre total, suero, plasma,
hisopo de garganta, líquido de punción, etc.
Sensibilidad: 102 copias de muestra: tasa positiva> 95%
Precisión de dispensación: CV <5%
Tasa de recuperación de perlas magnéticas: > 95%

Consumible: placa de 96 pocillos, cubierta de varilla magnética de 8 juegos

## Especificaciones Técnicas

Almacenamiento: Tarjeta SD incorporada

Dimensiones: 465 mm x 398 mm x 428 mm
Interfaz: RS232

Peso neto: 29,7 KG

Calefacción: Temperatura ambiente ~ 90ºC

Alimentación: AC 100-240V, 50 / 60Hz

**Reactivo y consumibles aplicables**

- Kit de extracción de ácido nucleico

Tamaño: 32/48/96 pruebas / kit
Componente: A. placa de 96 pocillos
B. Tampón (25ul / T)

• Hisopo de garganta
• Tubo de preservación viral desechable
1 desactivado / no activado