

TEST RÁPIDO DE DETECCIÓN 6 DROGAS EN SALIVA

145,75€ I.V.A. no incluido



Test rápido en saliva para la detección cualitativa y simultánea de 6 drogas de abuso: opiáceos (OPI40), cocaína (COC20), amfetamina (AMP50), metanfetamina (MET50), benzodiazepinas (BZO30) y marihuana THC (THC50P). Resultados rápidos, lectura visual y uso profesional.

Presentación: Caja 25 tests.

SKU: 265617DSD865

Categorías: [Drogas](#), [Test Rápidos](#)

Etiquetas: [test 6 drogas saliva](#), [test detección drogas en saliva](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Test Rápido Multidrogas en Saliva con panel OPI40 / COC20 / AMP50 / MET50 / BZO30 / THC50P es un inmunoensayo de flujo lateral diseñado para la detección cualitativa simultánea de seis drogas de abuso en fluido oral. Utiliza un colector de saliva incluido en el kit, lo que permite una toma de muestra sencilla, higiénica y no invasiva.

Este formato es especialmente útil para la detección de consumo reciente, ya que sustancias como

anfetaminas, metanfetaminas, cocaína o THC pueden detectarse en saliva entre 5 y 10 minutos tras el consumo, según el documento original. El test incorpora línea de control, cut-offs validados y reactivos específicos para cada analito, garantizando resultados preliminares fiables en entornos clínicos, laborales, policiales y de urgencias.

Características principales destacadas

- **Panel de 6 drogas:** OPI40, COC20, AMP50, MET50, BZO30, THC50P.
- **Muestra:** saliva (no invasiva y fácil de obtener).
- **Resultados rápidos** sin instrumentación.
- **Cut-offs validados** según normativa del fabricante.
- **Colector incluido** para toma estandarizada.
- **Control interno** mediante línea de control.
- **Uso profesional** para diagnóstico in vitro.

Materiales suministrados

- Casetes
- Colectores
- Sellos de seguridad
- Cámaras de colección
- Manual de Instrucciones de uso
- Tabla de colores (cuando corresponda)

Materiales necesarios, pero no suministrados

- Cronómetro / Temporizador

1. ¿Qué detecta este test de saliva?

Detecta 6 drogas de abuso: opiáceos, cocaína, anfetamina, metanfetamina, benzodiazepinas y THC.

2. ¿Cuáles son los cut-off del test de saliva y qué significan?

Los cut-off son los valores mínimos de concentración a partir de los cuales el test considera un resultado como positivo preliminar. En este panel, los valores son: OPI 40 ng/ml, COC 20 ng/ml, AMP 50 ng/ml, MET 50 ng/ml, BZO 30 ng/ml y THC 50 ng/ml (THC Parent). Estos valores determinan la sensibilidad del test y permiten detectar consumos recientes en saliva de forma rápida y fiable.

3. ¿Necesita un analizador?

No. La lectura es visual, mediante líneas de prueba y control.

4. ¿Por qué este test de saliva solo se vende a profesionales?

Este test está indicado exclusivamente para uso profesional de diagnóstico in vitro, según la documentación técnica del fabricante. Requiere interpretación cualificada, manejo adecuado de muestras biológicas y la aplicación de criterios clínicos ante resultados preliminares. Además, los valores de cut-off del panel OPI40, COC20, AMP50, MET50, BZO30 y THC50P deben ser evaluados por personal formado para evitar errores de lectura o interpretación.

Por este motivo, y dado que no es un autotest, no está diseñado para uso doméstico y no puede ser adquirido por particulares. Su venta se limita a laboratorios, centros sanitarios, servicios de prevención, toxicología, empresas y entidades con personal acreditado.

5. ¿Akralab envía estos tests a toda España?

Sí, realizamos envíos rápidos a profesionales en toda España, incluyendo Alicante, Madrid, Barcelona, Galicia, Andalucía, Baleares y Canarias.